



Prüfbericht Nr. 0102844-01-31-01

Datum: 06.09.01 Seite 1 von 1

Dr.N./hö

Auftraggeber : Fritz Minke GmbH & Co. KG, Cecilienstr. 31, D – 47051 Duisburg

Auftrag: Prüfung nach SG-Prüfkriterien

Prüfgegenstand: 1 Materialprobe, Art. DEUSITH
Schreiben vom 27.08.2001, Gernot Minke, Probeneingang: 29.08.2001

Untersuchungsergebnisse:

Prüfung gemäß SG-Prüfkriterienkatalog 1/2001, Rückstellmuster liegen vor. Angaben zur Materialzusammensetzung liegen nicht vor.

Kategorie: Kunststoffe / Gummi

Table with 3 columns: PARAMETER, BEFUND, BEWERTUNG. Rows include Geruch, Farbechtheit saure/alk.Schweißlösung, Aromatische Amine aus Farbmitteln, Chrom VI, löslich, Globalmigration (Kunststoffe), Nitrosamine, prim. aromatische Amine, N-Alkylarylamine, FCKW, CKW, Formaldehyd, Tri-organische Zinnverbindungen, z.B. TBT, Monomere (Vinylacetat, Vinylchlorid), Lösliche Schwermetalle (SG-Prüfkriterienkatalog).

Einschränkungen, Auflagen, Bemerkungen: nn = nicht nachweisbar

Die Anforderungen des SG-Prüfkriterienkataloges, Stand 7/97, Revision 12/2000 sind bei der vorgelegten Probe erfüllt.

Der vorliegende Prüfbericht berechtigt nicht zur Führung des SG-Zeichens.

Nach den durchgeführten Untersuchungen sind die geprüften Materialien hinsichtlich der Toxizität als Werkstoffe zur Herstellung von Medizinprodukten der Klasse I im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14.06.1993 geeignet.

PRÜF- UND FORSCHUNGSINSTITUT FÜR DIE SCHUHHHERSTELLUNG

Dr. Nikolaus



Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des Institutes darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Restliches Untersuchungsmaterial wird nach 6 Monaten vernichtet.

Hausanschrift / Adress: Telefon +49 (0) 6331/2490-0 Bank: Dresdner Bank AG Pirmasens UST-Id Nr. / VAT Registr.-No: D-66955 Pirmasens Hans-Sachs-Straße 2 D-66955 Pirmasens Email pfi-ps@t-online.de Kto.Nr. / Account No. 285 666 900 S.W.I.F.T.: dresde ff 542 DE 149 606 869